

НП ООО "МЦ-Багория"

Республика Беларусь, 220141, г. Минск, ул. Франциска Скорины, 51

Тел. + 375 17 285 96 46, + 375 17 285 96 47, факс. + 375 17 285 96 48

www.mc-bagoria.by

E-mail: mc-bagoria@nsys.by



МАНОМЕТРЫ МТ, МАНОВАКУУММЕТРЫ МВТ

ПАСПОРТ

МФУИ.406121.001 ПС

1 НАЗНАЧЕНИЕ

1.1. Манометры МТ, мановакуумметры МВТ (в дальнейшем – приборы), предназначены для измерения избыточного и вакуумметрического давления жидкости, газа и пара в промышленности, энергетике, технологических системах транспортировки жидкости и газа, тепло- и газоснабжении, различных механизмах и машинах.

2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1 Наименование и обозначение, диапазон показаний и класс точности прибора указаны на циферблате.

2.2 Диапазон измерений избыточного давления равен от 0 до 100 % диапазона показаний.

Диапазон измерений вакуумметрического давления равен диапазону показаний.

2.3 Пределы допускаемой основной погрешности приборов, выраженные в процентах диапазона показаний, приведены в таблице 1.

Таблица 1

Класс точности	Предел допускаемой основной погрешности, % диапазона показаний
1,5	±1,5
2,5	±2,5
4,0	±4,0

2.4 Вариация показаний приборов не должна превышать абсолютного значения предела допускаемой основной погрешности.

2.5 Приборы устойчивы к воздействию температуры окружающего воздуха от минус 50 до плюс 50 °С и относительной влажности до 95 % при температуре плюс 35 °С.

2.6 По защищенности от проникновения твердых частиц, пыли и воды приборы соответствуют исполнению IP 40 по ГОСТ 14254.

2.7 Масса приборов, кг, не более:

МТ-50 - 0,15;

МТ-100, МВТ-100 - 0,6;

МТ-63 - 0,20;

МТ-160, МВТ-160 - 0,9.

2.8 Присоединительная резьба: М12х1,5 (G1/4), М20х1,5 (G1/2).

2.9 Размер квадрата под ключ, мм: 14х14, 22х22.

2.10 Прибор драгоценных металлов не содержит.

3 УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

3.1 Техническое обслуживание приборов заключается в периодическом внешнем осмотре, очистке от пыли и грязи.

3.2 Поверка или калибровка приборов проводится в соответствии с МИ 2124-90.

Рекомендуемый межповерочный или межкалибровочный интервал – 12 месяцев.

3.3 Присоединение прибора к месту отбора давления должно осуществляться ввертыванием его штуцера в гнездо установки только с помощью гаечного ключа.

3.4 Замену, присоединение и отсоединение приборов от магистралей, подводящих измеряемую среду, производить только при отсутствии давления в магистральных.

3.5 Запрещается резко подавать и сбрасывать давление, а также нагружать приборы давлением, превышающем их верхнее значение диапазона показаний. Скорость изменения давления измеряемой среды должна быть не более 10% диапазона показаний в секунду.

4 КОМПЛЕКТНОСТЬ

4.1 Комплект поставки приборов указан в таблице 2.

Таблица 2

Наименование	Количество	Примечание
Манометр МТ или мановакуумметр МВТ	1 шт.	
Паспорт	1 экз.	
Руководство по эксплуатации	1 экз.	Поставляется по требованию заказчика
Упаковка	-	Допускается использовать групповую упаковку

5 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

5.1 Прибор соответствует требованиям ГОСТ 2405 и ТУ РБ 101472320.001-2002. По результатам поверки при выпуске из производства прибор признан годным и допущен к эксплуатации.

Дата изготовления - **ФЕВ 2014** Поверитель



ОТК



6 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

6.1 Гарантийный срок эксплуатации приборов – 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию. Приборы после гарантийного ремонта возвращаются поверенными.

6.2 Приборы, имеющие механические повреждения, вызванные несоблюдением правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации, гарантийному обслуживанию не подлежат.

6.3 Гарантийный срок хранения – 9 месяцев с момента изготовления.

6.4 По вопросам гарантийного обслуживания обращаться к изготовителю:

НП ООО "МЦ-Багория"

Республика Беларусь, 220141, г. Минск, ул. Франциска Скорины, 51,

тел. +375 17 285 96 46, +375 17 285 96 47, факс +375 17 285-96-48

www.mc-bagoria.by E-mail: mc-bagoria@nsys.by